

Открытое акционерное общество «Медтехника»

RA.RU.311945

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего поверку, регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № ЖЖ20 021700

Действительно до
«16» февраля 2022 г.

Средство измерений Термометр медицинский цифровой AMDT10 номер в ФИФ ОЕИ: 77475-20
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 1912A000001-1912A249000

в составе _____

номер знака предыдущей поверки _____

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МП 207-040-2019 «Термометры медицинские цифровые AMDT10, AMDT11,

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

AMDT12, AMDT13, AMDT14, AMDT15, AMDT16, AMDT17. Методика поверки»

с применением эталонов: 3.2.АЕЯ.0032.2019, ПТСВ-1-2, № 2093, эталон 2-го разряда

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха: 18,6 °С;

перечень влияющих факторов, нормированных в документах на методику поверки, с указанием их значений


атмосферное давление: 101,9 кПа; относительная влажность: 56,8 %; частота питающей сети: 49,9 Гц

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к

необязательно зачеркнуть

применению.


Знак поверки:



Главный метролог

должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица

Поверитель


Подпись

Свиридов Павел Александрович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Жигульский Андрей

Александрович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

«17» февраля 2020 г.