



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Акционерное Общество «Альфа-Медика». Место нахождения: 125493, Российская Федерация, город Москва, улица Авангардная, дом 3, помещение I, этаж 4, офис 2402. Адрес места осуществления деятельности: 125493, Российская Федерация, город Москва, улица Авангардная, дом 3, Основной государственный регистрационный номер: 1027700167868, телефон: 8 495 645-86-99, адрес электронной почты: online@alpha-medica

в лице Генерального директора Козлова Павла Владимировича

заявляет, что Ингаляторы медицинские серии WN моделей WN-112K, WN-114, WN-115K, WN-116U, WN-117, WN-118, WN-119U с принадлежностями: согласно приложению № 1 на 1 листе
Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 93/42/ЕЕС

Изготовитель B. Well Swiss AG

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Швейцария, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau. Филиалы завода-изготовителя: "Vega Technologies Inc.", место нахождения: Yang-Wu District, Da Lang Town, Dong Guan City, Guang Dong Province, Китай; "OK Biotech Co., Ltd", место нахождения: 4F-1, No.83, Sec. 2, Gongdao 5th Road, 300 Hsinchu City, Тайвань (Китай).

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9019 20 000 0

серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 02184-220-1-18/БМ от 09.02.2018 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Инновационные решения", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB90; регистрационного удостоверения № РЗН 2014/1702 от 10 июля 2017 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) Схема декларирования: 3д

Дополнительная информация ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 12.02.2021 включительно

Козлов Павел Владимирович

(подпись)

(Ф.И.О. заявителя)

М.П.



Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.АУ04.В.61263

Дата регистрации декларации о соответствии 13.02.2018

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 лист 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-СН.АУ04.В.61263

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов) в соответствии с которыми изготовлена продукция
	Ингаляторы медицинские серии WN моделей WN-112K, WN-114, WN-115K, WN-116U, WN-117, WN-118, WN-119U с принадлежностями:	
9019 20 000 0	<ol style="list-style-type: none"> 1. Маска для взрослого стандартная 2. Маска для взрослого большая для WN-118. 3. Маска детская стандартная для WN-112K, WN-114, WN-115K, WN-116U, WN-117, WN-119U 4. Маска детская малая для WN-112K, WN-115K 5. Воздушный шланг для WN-112K, WN-115K, WN-117 6. Гофрированная трубка для WN-119U 7. Мундштук для WN-112K, WN-114, WN-115K, WN-116U, WN-117, WN-119U 8. Насадка для ингаляции через нос для WN-112K, WN-116U 9. Распылитель для WN-112K, WN-115K, WN-117 10.Аэрозольная камера для WN-114, WN-116U, WN-119U 11.Фильтр для WN-112K, WN-115K, WN-116U, WN-117-от 3шт. до 5 шт. 12.Емкость для лекарств, для WN-118, WN-119U 13. Переходник для WN-112K, WN-116U 14. Сетевой адаптер для WN-114, WN-116U, WN-119U 15. Автомобильный адаптер для WN-116U 16. Батарейки типа AA для WN-114 17. Сумка для хранения для WN-114, WN-116U 18.Пипетка для WN-116U 19.Инструкция по эксплуатации 20.Гарантийный талон. 	

Заявитель

М.П.



Козлов Павел Владимирович

инициалы, фамилия