



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель**, Общество с ограниченной ответственностью «ЭЙ энд ДИ РУС», ОГРН:  
1067746787294.

Адрес места нахождения: 117545, Российская Федерация, город Москва, улица Дорожная,  
дом 3, корпус 6, комната 8б.

Адрес места осуществления деятельности: 121357, Российская Федерация, город Москва,  
улица Верейская, дом 17.

Телефон: +74959373344, адрес электронной почты: info@and-rus.ru

**в лице** Исполнительного директора Исаенкова Александра Александровича, действующего  
на основании доверенности № 132 от 20.12.2017 года.

**заявляет, что** Термометры электронные инфракрасные, модели: DT-633, DT-634, DT-635

изготовитель: «A&D Company, Ltd.» («ЭЙ энд ДИ Компани, Лтд.»)

Адрес места нахождения: 3-23-14, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-0013, Japan,  
Япония.

Адреса мест нахождения филиалов:

- 1-243, Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585 Japan, Япония (A&D Company, Limited.);
- Datanyang Industrial Zone, Tantou Village, Songgang Town, Bao'an District, Shenzhen,  
Guangdong Province, 518105, China, Китай (A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.);
- 1-5/F, Building #4, Hengchangrong High Tech Industry Park, Shangnan East Road, Hongtian,  
Shajing, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, 518125, China, Китай (A&D Electronics  
(Shenzhen) Co., Ltd.).

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9025 19 200 0

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная  
совместимость технических средств»

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокол испытаний № 34 ЭМС/2018 от 15.03.2018 года, выданный испытательным  
центром Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ  
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ВНИИМП» (ООО «ЦСМИ ВНИИМП»).

Схема декларирования: Id

**Дополнительная информация**

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается  
соблюдение требований технического регламента: СТБ МЭК 60601-1-2-2006 (разделы 3 и  
3б) «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности.  
Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний».

Условия хранения в соответствии с руководством по эксплуатации и ГОСТ Р 50444-92.

Срок службы – 2 года.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.03.2023  
включительно**



М.П.

Исаенков Александр Александрович

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-JP.АЛ87.В.00536**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 16.03.2018**