

Регистрационный номер аттестата аккредитации № 1780



Общество с ограниченной
ответственностью
"ПРИБОРАВТОМАТИКА"

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ C-04946.1/В-2019

Действительно до:
бессрочно

Средство измерений: Термометр медицинский цифровой AMDT 14

Наименование, тип, модификация

26344-14

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

(если в составе средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков, то приводятся их перечень и заводские номера)

отсутствуют

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера): лот 1811 кол-во 24000 шт.

поверено в соответствии с описанием типа

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с МП 26344-14 "Термометры медицинские цифровые AMDT10, AMDT11, AMDT12, AMDT13, AMDT14. Методика поверки", утверждённому ФБУ "ЦСМ Московской области" 20.10.2014г. (Выборочная поверка)

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: ЭТС-100 зав.№ 11-09 КТ 0,01, рег.№ 3.2.ВЯЫ.0010.2016; КТ-6 50 зав.№ 21-432 КТ 0,01;

наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, примененного при поверке)

при следующих значениях влияющих факторов: Температура 20,415 °С,

приводят перечень влияющих

Атмосферное давление 100,22 кПа, Относительная влажность воздуха 50 %

факторов, нормированных в документе на методику поверки - с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки



Главный метролог

(подпись)

Кравчук А.И.

(инициалы, фамилия)

Поверитель

(подпись)

Левченко П.В.

(инициалы, фамилия)

Дата поверки
09 февраля 2019 г.